



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОСОФТ", ООО "НЕЙРОСОФТ" зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново 17.03.2003 ОГРН: 1033700080721, место нахождения: 153032, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВОРОНИНА, ДОМ 5, адрес места осуществления деятельности: 153032, РОССИЯ, Ивановская обл, г Иваново, ул Воронина, дом 5, телефон: +7 4932240480, факс: +7 4932593344, адрес электронной почты: info@neurosoft.com

В лице: ПРЕЗИДЕНТ ШУБИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

заявляет, что Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ в исполнении «Нейрон-Спектр-5» по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017
Серийный выпуск, код ОКПД2: 26.60.12.121, код ТН ВЭД: 9018191000
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03364 от 24 сентября 2019 г.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОСОФТ", место нахождения: 153032, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВОРОНИНА, ДОМ 5, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 153032, РОССИЯ, Ивановская обл, г Иваново, ул Воронина, дом 5,

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, ГОСТ ISO 9919-2011, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ 28195-89, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-13-2016, ГОСТ ISO 10993-18-2011, ГОСТ Р 52770-2016

Декларация о соответствии принята на основании протокола №18/Э-006/18МТ выдан 28.02.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория электромагнитной совместимости технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ" ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"" РОСС RU.0001.21АЯ50; № 18/Б-008/18МТ выдан 28.02.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория безопасности технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ" Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"" RA.RU.21МЛ42; № 12-18 выдан 07.02.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Токсиколог" ООО "Национальный научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий"" РОСС RU.0001.21ИМ55; № 11-18 выдан 07.02.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Токсиколог" ООО "Национальный научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий"" РОСС RU.0001.21ИМ55; схема декларирования: 1д

Дата принятия декларации 15.10.2019

Декларация о соответствии действительна до 15.10.2029



(подпись)

ШУБИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA01.B.50966/19

Дата регистрации

15.10.2019