



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.39.026.A № 33701

Срок действия до 26 сентября 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ,
ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5/S", "Нейрон-Спектр-5" и "Нейрон-Спектр-4/ВПМ"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Нейрософт", г. Иваново

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 39326-08

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП044.01.003.000

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2013 г. № 1116

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"10" 2013 г.

Серия СИ

№ 011869

Срок действия до 15 июня 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **15 июня 2018 г. № 1221**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев



..... 2018 г.